

0243/17
40

Fis. _____
Voto _____

Vera Dias

De: Cristiane.Machado@fresenius-kabi.com
Enviado em: quinta-feira, 23 de novembro de 2017 15:39
Para: vera.dias@emilioribasbs.org.br
Cc: alexandre.flach@fresenius-kabi.com; lia.carui@fresenius-kabi.com
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REF A COLETA DE PREÇOS 0243-2017
Anexos: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO COLETA DE PREÇOS 0243-2017.pdf

Boa tarde,

Segue nosso pedido de esclarecimento REF A COLETA DE PREÇOS 0243-2017

Certos de um breve retorno, para que possamos formular melhor nossa proposta

Atenciosamente/Mit freundlichen Grüßen/Kind Regards

Cristiane Machado

Analista de Licitações Jr.

Fresenius Kabi Brasil

Licitações

Av. Marginal Projetada, 1652

06460-200 Barueri

Tel.: +55 11 2504-1421

Fax: +55 11 2504-1615

Email: cristiane.machado@fresenius-kabi.com

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, incluindo todos os seus anexos, é confidencial dirigindo-se exclusivamente ao(s) respectivo(s) destinatário(s), pelo que a informação nela constante não deverá ser utilizada para outros fins nem, por qualquer meio, divulgada a terceiros. Se recebeu esta mensagem por engano, agradecemos que avise de imediato o remetente e que proceda à eliminação definitiva da informação recebida. **LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:** O remetente não pode garantir a segurança da transmissão de informação por via electrónica, pelo que não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou imprecisão em que incorra através do conteúdo da presente mensagem.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, including all its attached files, is confidential and intended solely to whom it is addressed. Therefore, the information contained herein is not to be used for any other given purpose or disclosed to third parties. If you are not the intended recipient, we kindly request you to notify the sender and promptly delete all received information. **DISCLAIMER:** The sender of this message cannot guarantee the security of its transmission and consequently does not accept liability for any error, omission, or integrity issue related to this message.



**FRESENIUS
KABI**

Proc. n.º 0243/17
Fls. 41
Visto _____

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada,
1652
06460-200 Barueri - SP -
Brasil
T. (11) 2504-1467
F. (11) 2504-1615
www.fresenius-kabi.com.br

AO
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS
Att.: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF: COLETA DE PREÇOS
PROCESSO n.º 0243/2017

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa **FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 49.324.221/0001-04, I.E. n.º 206.278.216-110, sediada à Avenida Marginal Projetada, n.º 1.652, Galpões 1 ao 8, Tamboré, Barueri, SP CEP: 06460-200, interessada em participar do pregão acima mencionado, vem pelo presente solicitar esclarecimento conforme segue:

A solicitação no ANEXO I deste Edital, ITEM 2 - Medicamentos fotossensíveis e nutrições parenterais não podem sofrer, interferências de outras medicações, devido à interações medicamentosas. A presença do injetor em Y pode aumentar o risco de iatrogenia por conta da interação medicamentosa, uma vez que o profissional pode administrar o medicamento. Por tanto não pode ter injetor lateral em Y em equipo fotossensível e não pode ser aplicado medicação suplementar, pois pode levar o paciente até mesmo a óbito. Solicitamos que seja retirado essa solicitação de injetor lateral em Y pois podem causar riscos ao paciente.

Certos de vossa compreensão e presteza, ficamos no aguardo de um breve retorno, para poder formularmos nossa proposta a melhor maneira possível.

Barueri, 23 de novembro de 2017


CRISTIANE LEITE MACHADO
Assistente de Licitações
RG n.º 28259140-0 SSP /SP
CPF n.º 270.427.108-94


Guarujá, 23 de novembro de 2017.

À Diretoria Técnica

Diante da solicitação de esclarecimentos encaminhadas pela empresa Fresenius Kabi Brasil, solicito parecer técnico, quando a questão suscitada, uma vez tratar-se de questão técnica e assistencial.

Ressalte-se a necessidade de resposta o mais breve possível uma vez que o edital encontra-se em aberto junto ao portal da FUABC, devendo a resposta ser encaminhada em até 24h após o recebimento do pedido de esclarecimento.

Certa de sua compreensão.




KELLY DENISE ROSSI DE LIMA
ADVOGADA
IIER II


Guarujá, 24 de novembro de 2017

Ao
Setor Jurídico
Kelly Denise Rossi de Lima

Referente ao processo 0243/17.

Analisando a orientação da empresa indagadora, informamos que os descritivos questionados foram homologados e aprovados pela comissão de padronização dessa instituição. Portanto mantemos a mesma solicitação pois a utilização do "y" no circuito serve para desobstrução do mesmo.


Renato Luís Borba
Diretoria Técnica



Paulo Roberto P. dos Santos
Coordenador de Apoio
RG: 34352133-7
IIER2 - Baixada Santista

A
Coordenadora de Compras

Segue parecer técnico com a resposta ao questionamento ofertado pela empresa Fresenius Kabi Brasil.

Segue para demais prosseguimentos.

Guarujá, 24 de novembro de 2017.


Daniele Cristina Barboza
Advogada
OAB/SP 289.690
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista