

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 30290/2017

Data MÁXIMA para resposta: 05 de Dezembro de 2017 às 10:00 hrs.

A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC), CNPJ 57.571.275.0017-60, solicita cotação para os seguintes equipamentos:

Cód. 18498 - ARCO CIRÚRGICO MÓVEL QUANTIDADE: 01

SISTEMA DE ARCO CIRÚRGICO MÓVEL COM BRAÇO EM C MULTIDIRECIONAL;

MOVIMENTO ORBITAL COM ANGULAÇÃO MÍNIMA EM 115°;
ANGULAÇÃO TOTAL MÍNIMA DE +-180°;
DESLOCAMENTO VERTICAL MOTORIZADO DE NO MÍNIMO 32CM;
ESPAÇO LIVRE DE NO MÍNIMO 78 CM;
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 61 CM
DISTÂNCIA ENTRE FONTE AO INTENSIFICADOR DE IMAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 99,5 CM;
FREIOS ELETROMAGNÉTICOS OU MECÂNICOS PARA O MOVIMENTO DO ARCO.

INTENSIFICADORES E MONITORES

SISTEMA DE IMAGEM DE ALTA RESOLUÇÃO COM CAMERA CCD DE NO MÍNIMO 1024X1024;
INTENSIFICADOR DE IMAGEM COM NO MÍNIMO 12 POLEGADAS E COM PELO MENOS TRÊS CAMPOS DE ENTRADA;
DOIS MONITORES COM NO MÍNIMO 18 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 1024X1024 DE TECNOLOGIA LCD DE MATRIZ OU TFT (THIN FILM TRANSISTOR), COM CARRO DE TRANSPORTE.

SISTEMA DIGITAL

MEMORIA DIGITAL COM RECURSOS DE RETENÇÃO DA ÚLTIMA IMAGEM FLUOROSCÓPICA, INVERSÃO DE IMAGENS, REDUÇÃO DE RUÍDOS, REALCE DE BORDAS E CONTRASTES;
FUNÇÕES DE TEXTO, ZOOM, LUPA, MARCAÇÃO E INDICAÇÃO DE DOSE APLICADA AO PACIENTE;
SUBTRAÇÃO ANGIOGRÁFICA EM TEMPO REAL, ROADMAPPING (TÉCNICA DE SEGMENTO), ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO DE MÁSCARA DE SUBTRAÇÃO, SELEÇÃO DE NOVA MÁSCARA, TÉCNICA DE BRILHO E CONTRASTE ELETRÔNICOS, APRESENTAÇÃO DE OPACIFICAÇÃO DE PICO, RADIOGRAFIA DIGITAL E FLUOROSCOPIA PULSADA COM PELO MENOS 8 QUADROS /SEG;
POSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DE IMAGEM
DISCO RÍGIDO DE PELO MENOS 10000 IMAGENS EM MATRIZ 1024X1024;
TECLADO COM LAYOUT EM PORTUGUÊS
GRAVAÇÃO DE IMAGEM EM CD/DVD EM FORMATO DICOM 3.0 COM DICOM VIEWER INTEGRADO;
FUNÇÃO PARA REDUÇÃO DE ARTEFATOS DE MOVIMENTO;
O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR MOSTRAR ATÉ 09 IMAGENS SIMULTANEAMENTE (DIVISÃO DE TELA) NO MONITOR DE REFERÊNCIA;
O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS DE OUTRAS MODALIDADES COMO CT, RMN E US, NO FORMATO DICOM 3.0;
CAPACIDADE DE GRAVAR ATÉ 15 QUADROS POR SEGUNDO EM MODELO CINE DIGITAL PULSADO.

GERADOR DE TUBO DE RAIOS-X

GERADOR DE ALTA TENSÃO E ALTA FREQUÊNCIA COM NO MÍNIMO 15 KW DE POTÊNCIA, COM POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE FLUOROSCOPIA PULSADA, CONTINUA E MODO DE RADIOGRAFIA DIGITAL;
RADIOGRAFIA DIGITAL COM ATÉ 110 KV;
FLUOROSCOPIA PULSADA COM ATÉ 120 KV;
TUBO DE RAIOS-X DE ÂNODO GIRATÓRIO, COM FOCO FINO DE NO MÁXIMO 0,3 MM E FOCO GROSSO DE NO MÁXIMO 0,6 MM;
CAPACIDADE TÉRMICA DO TUBO DE RAIOS-X SUPERIOR A 1.600.000 HU;
POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO COM INDICAÇÃO NO MONITOR DO EQUIPAMENTO.



RECURSO DICOM 3.0 STORAGE;

SEND/RECEIVE
QUERY/RETRIEVE
WORKLIST
PRINT

ACESSÓRIOS

IMPRESSORA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 21 CM

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas deverão ser encaminhadas preferencialmente por meio eletrônico aos seguintes endereços eletrônicos:

- a) leticia.silva@chmsbc.org.br
- b) tiago.nascimento@chmsbc.org.br

O prazo para envio das propostas é do dia **01 de dezembro de 2017** até o dia **05 de dezembro de 2017 às 10:00 horas**.

Telefone: 4353-1500- Setor de Compras.

Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo - CHMSBC