

COMISSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO (COJU)
HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS DE SANTO ANDRÉ - FUABCOSS

ATA DE REUNIÃO Nº 054/2020

DATA E HORÁRIO:	04/06/2020	Horário de Início:	11h31mim	Horário de Término:	12h00min
LOCAL:	Sala de Reuniões da COJU				
MEMBROS (PRESENTES)	Aloisio Oliveira Carlos André da Rocha Luiz Rodrigo Melhado Petean				
PAUTA:	PROCESSO Nº 15.124/20	MODALIDADE: Valor Superior (artigo 11 letra "c" do Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da FUABC).			
	OBJETO: Aquisição de Arco Cirúrgico para o Setor de Centro Cirúrgico Geral – Termo de Aditamento 06/19 (memorando nº03.013/20-EC).				
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA:	R\$ 316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais).				

I – DAS FORMALIDADES LEGAIS:

I.I - A Comissão de Análise e Julgamento (COJU) do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André, representada pelos membros subscritos, reuniu-se no dia 26 de maio de 2020 para abertura dos envelopes e análise das propostas de preço apresentadas pelas empresas:

IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

II – DO ENCAMINHAMENTO:

II.I - Após análise das propostas comerciais apresentadas pelas empresas proponentes e atendido o pedido de esclarecimento emitido pela área solicitante através do memorando 06.005/20-E.C (anexo), esta comissão, com base no item 5.7 do Memorial Descritivo resolve:


ABRIR PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS para as empresas **IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL** e **PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA**, prestarem esclarecimento quanto aos itens apontados no memorando 06.005/20-E.C.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se á presente ATA que, após lida, vai assinada pelos membros da Comissão de Análise e Julgamento do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André, que a tudo estiveram presentes.

Santo André, 04 de junho de 2020.



Aloisio Oliveira



Carlos André da Rocha



Luiz Rodrigo Melhado Petean

Memo.: 06.005/20-E.C.

Santo André, 02 de Junho de 2.020.

Para: Coju

De: Eng. Marcos – Engenharia Clínica


Ref:Processo nº 15.124/2020: Aquisição de Arco cirúrgico para o setor de Centro Cirúrgico geral- Termo de Adiantamento 06/19 (memorando nº03.013/2020- EC)

À Coju

Não ficou claramente evidenciado nas propostas apresentadas os seguintes itens:

- Equipamento contempla pacote vascular?
- Equipamento contempla 02 Monitores de Alta resolução?
- Contempla impressão (impressora) P&B?
- Contempla sistema de detecção de contato/colisão para segurança do paciente?

Atenciosamente;



Eng.º Marcos Lucio Oliveira Silva
Coordenador de Engenharia Clínica

Ciente, encaminhe-se de forma proposta.

ENG. MATEUS VALÉRIO DA SILVA
GERENTE DE ENGENHARIA
RE 6622

Eng.º Mateus Valério da Silva
Gerente de Engenharia



Dr. Antonio De Giovanni Neto
Diretor Administrativo