



ATA DE REUNIÃO - JULGAMENTO DE PROPOSTAS

PROCESSO Nº 0054/2020 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS AUTOCLAVES

Ao 07º dia do mês de Agosto do ano de 2020, reuniram-se às 14:30 horas, na sala de Reuniões, 1º andar, à estrada dos Alvarengas 1001, nesta cidade, os membros da Comissão de Análise e Julgamento, Amauri Fregonezi Junior, Bruna Almeida e João Eduardo Charles. Deram início aos trabalhos de julgamento do objeto do expediente acima epigrafado, analisando com base no Regimento Interno de Compras da Fundação do ABC. Não havendo impedimento, apurando-se neste ato, foi constatado que três empresas enviaram propostas, sendo elas: ESTERILAV COM. E MANUT. DE MAQ. EQUIP. LTDA – EPP – CNPJ 52.119.963/0001-02, SET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP – CNPJ 13.710.069/001-50 e KALIBRAMED ELETROMEDICINA LTDA – ME – CNPJ 62.581.913/0001-04. Foram apresentadas as seguintes propostas:

EMPRESA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
ESTERILAV COM. E MANUT. DE MAQ. EQUIP. LTDA – EPP	R\$ 31.350,00	R\$ 376.200,00
SET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	R\$ 16.040,00	R\$ 192.480,00
KALIBRAMED ELETROMEDICINA LTDA – ME	R\$ 24.960,00	R\$ 299.520,00

O processo foi encaminhado para parecer técnico. As empresas Set Máquinas e Equipamentos Ltda e Kalibramed Eletromedicina Ltda foram desclassificadas tecnicamente pela área técnica (folha 289). Após reanálise da área técnica (folha 304), ficou mantida a primeira decisão a respeito da desclassificação das empresas acima citadas.

Sendo assim, novamente encaminhamos o processo para parecer da Diretoria Geral, visto que temos apenas um fornecedor classificado. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares, que lida vai assinada pelos membros da Comissão de Análise e Julgamento.

Membros da comissão declaram para todos os fins que a análise e julgamento da melhor proposta técnica comercial apresentada foi baseada também com subsídios técnicos prestados pela área técnica, ao qual essa comissão não tem qualquer responsabilidade, sendo de responsabilidade exclusiva do subscritor do parecer técnico.

São Bernardo do Campo, 07 de Agosto de 2020, às 17 horas.

Amauri Fregonezi Junior
Assistente Adm. II – 3677
NIR – HMO

Membro 1 - Amauri Fregonezi Junior

Membro 2 - Bruna Almeida


Membro 3 - João Eduardo Charles

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Estradas dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo – SP

CEP: 09850-550 Tel: (11) 4353-1500

RE: Análise Técnica - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das autoclaves e termodesinfectoras



Paloma, boa tarde!

Em análise ao ato, propostas e documentações, segue comentários aos proponentes:

- Kalibramed - A empresa é a atual detentora do contrato de manutenção preventiva e corretiva das autoclaves e termodesinfectoras, porém não tem nos atendido satisfatoriamente a algum tempo conforme vários e-mails trocados e avaliações feitas por esse departamento. No dia **18/03/2020** notificamos extrajudicialmente por descumprimento de contrato, e as argumentações dadas pela empresa não foram aceitáveis e não houve nenhuma melhora por parte da mesma, portanto a empresa **está desclassificada tecnicamente.**

- Esterilav - Empresa capacitada e especializada em manutenção corretiva e preventiva referente aos equipamentos voltados para CME. Um dos diferenciais em relação aos outros fornecedores, que possuem peças em estoque, deixando os equipamentos o menor tempo possível inoperantes. Além do mais são pioneiras na especialidade. Sendo assim, a mesma **está tecnicamente classificada.**

- Set Maquinas - Apesar de ser a melhor proposta apresentada, no seu atestado de capacidade técnica relacionam equipamentos de modelos obsoletos e na maioria autoclaves de bancada (equipamentos de pequeno porte), não nos assegurando que estão aptos para realizar manutenção em nosso parque tecnológico. Sendo assim, a empresa **está desclassificada tecnicamente.**

Segue modelos das autoclaves de bancada que constam no atestado de capacidade técnica da empres. :

Autoclave Horizontal de Bancada AB 25, 42 e 60 litros

Para esterilização e secagem de materiais e utensílios diversos em clínicas odontológicas, médicas, postos de saúde, ambulatórios e laboratórios, dentre outros.

- Câmara interna, tampa, reservatório de água e bandejas fabricados em aço inoxidável.
- Abastecimento de água automático.
- Possui controlador microprocessado com 10 ciclos totalmente configuráveis, protegidos por senha, sendo 9 nomeados e 1 livre.
- Possibilita a programação da temperatura de trabalho (até 134°C) e dos tempos de esterilização e secagem.
- Eliminação do ar interno automática.
- Composto por amplo display gráfico para visualização dos parâmetros do processo e manômetro independente para leitura de pressão.
- De fácil instalação, não requer instalação hidráulica.
- Capacidade para 25, 42 e 60 litros.





TABELA DIMENSIONAL	MODELO	CAPACIDADE APROXIMADA (litros)	DIMENSÕES INTERNAS (cm)		QUANTIDADE DE BANDEJAS	DIMENSÕES DAS BANDEJAS (cm)		POTÊNCIA (watts)	TENSÃO (volts)
			diâm.	prof.		larg.	prof.		
	AB-25	25	30	36	3	22	33	1800	127 ou 220
	AB-42	42	30	60	3	22	57	2400	220
	AB-60	60	30	85	3	22	82	2400	220



moraes leilões

01 Auto Clave Hospitalar, Marca Sercon, Modelo AHM - Moraes Leilões

As imagens podem ter direitos autorais. Saiba mais

Sem mais, e à disposição para maiores esclarecimentos.

Att.,

RE: Atestados e minuta - SET Maquinas

Paloma
Boa Noite

Seguem considerações a respeito dos documentos apresentados pela empresa:

Verificando o envio dos atestados de capacidade técnica pela empresa SET Máquinas após reunião realizada, não foi possível localizar nenhum equipamento que seja do tipo porta dupla- "barreira", pois possuímos em nosso parque a maioria de auto claves de barreira conforme demonstrado em ato convocatório.

- 1_ Atestado de Hosp. Mogi= não cita as especificações das auto claves;
- 2_ Atestado de Campinas= auto claves não são de barreira, equipamentos antigos.
- 3_ Atestado Hipolabor= 1 auto clave onde não conseguimos identificação da mesma.

Salientamos que auto claves de barreira possui ocorrências com peças relacionadas as portas duplas, como pistões, sistemas de fechamentos das portas (interdependência), válvula solenoide, guarnição, vazamento, entre outros problemas podem ser mais frequentes e exigir mais complexidade do que as que não possuam barreira e ao tratarmos com empresas que possuam familiaridade, experiência técnica na manutenção do tipo especificado, entendemos que estejam preparados para as especificidades que possam eventualmente possuir.

Sendo assim com base na cláusula 5.1.12 que contém no ato convocatório, a empresa está desclassificada, por não possuir comprovações que equivalem a 50% do objeto do contrato, prevalecendo assim a 1ª análise feita no dia 24.07.2020:

5.1.12. Atestado de capacidade técnica, emitido por órgãos públicos ou privados, com parque de equipamentos equivalente a no mínimo 50% (cinquenta por cento) do presente ato convocatório;