

## TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MESAS CIRÚRGICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ – “DR. NEWTON DA COSTA BRANDÃO” – CHMSA E DO HOSPITAL DA MULHER – MARIA JOSÉ DOS SANTOS STEIN - HMMISS**

### 1. JUSTIFICATIVA

- 1.1. Mesas cirúrgicas elétricas são equipamentos indispensáveis para Centros Cirúrgicos. Usados para posicionamento e acomodação do paciente para cada tipo de cirurgia, possibilita ao profissional cirurgião executar os procedimentos cirúrgicos de maneira segura e adequada, mesmo casos de menor complexidade. Dessa forma, é imprescindível a realização dessa locação, com manutenção preventiva e corretiva, junto a empresa especializada e certificada para a tarefa, garantindo a qualidade e segurança.
- 1.2. Estruturar o Centro Hospitalar Municipal de Santo André e o Hospital da Mulher, de modo a garantir, de forma complementar, a disponibilidade necessária de mesas cirúrgicas para o funcionamento adequado das demandas do Centro Cirúrgico. Nesse contexto, a locação desses equipamentos possibilitará melhor atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Santo André, que necessitem de atendimento de média e alta complexidade.

### 2. LOCAIS E QUANTITATIVOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

#### **2.1. Lote 1 – Centro Hospitalar Municipal de Santo André – Dr. Newton da Costa Brandão - CHMSA**

Endereço: Avenida João Ramalho, 326 – Vila Assunção – Santo André

Quantidade: 3 (três) mesas cirúrgicas



(11) 4433-3600



Av. João Ramalho nº 326, Vila Assunção  
Santo André - SP - CEP: 09030-320

Centro Hospitalar Municipal de Santo André - CHMSA  
Dr. Newton da Costa Brandão

**2.2. Lote 2 – Hospital da Mulher – Maria José dos Santos Stein - HMMJSS**

Endereço: Rua Amé[erica do Sul, 285 – Parque Novo Oratório – Santo André

Quantidade: 2 (duas) mesas cirúrgicas

**3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Dimensões da mesa cirúrgica, largura sem trilhos laterais de 520 mm, comprimento do tampo 2060 mm. A mesa possui seu tampo radio transparente dividido em 04 seções sendo elas: cabeceira, apoio das costas, assento e pernas bipartidas. Mesa de operações eletro hidráulica para utilização em diversos tipos de cirurgia, que permite ao usuário ajustar a trava da mesa através de um painel de comandos e posicioná-la na Sala de Cirurgia através de rodízios. Deve ser dotada de trilhos laterais para a instalação de acessórios complementares, como placas de braços e quadros. Capacidade de carga de 230 Kg em posição normal.

Permite a utilização de equipamentos de diagnósticos radiológicos, como o Arco Cirúrgico e o Raio-X. Controle remoto com fio, que permite ao usuário utilizá-la em qualquer localização próxima a mesa e que possui todos os comandos necessários para os principais movimentos da mesa de operações, e 01 (um) botão que permite ao usuário recolocar a mesa em sua posição inicial padrão (como botão “0” ou “Posição inicial”). A mesa possui 01 (um) controle posicionado na coluna ou base da mesa. Possui um ajuste de altura de 720 mm a 1070 mm, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto. Possui movimento de deslocamento longitudinal elétrico de 200 mm para um dos lados. Possui o movimento de Trendelenburg / Trendelenburg Reverso (Proclive) de 30°, através de ajustes pelo painel de comandos ou controle remoto. Possui o movimento de inclinação (tilt) lateral, tanto à direita quanto à esquerda de, 25°. Possui o movimento da placa das costas de, 80° de aclive e 40° de declive. Possui as posições flex / relex. (para a posição reflex serão aceitos também os produtos que apresentarem a função cadeira de praia no lugar do posicionamento reflex). Possui movimento de elevação renal de 120 mm. Bateria interna que permita a utilização da mesa por, pelo menos 60 (sessenta) procedimentos ou uma semana.



(11) 4433-3600



Av. João Ramalho nº 326, Vila Assunção  
Santo André · SP · CEP: 09030-320

**Acessórios:**

**Lote 1 – Centro Hospitalar Municipal de Santo André – Dr. Newton da Costa Brandão – CHMSA:** 01 (um) Arco de narcose. 01 (um) Par de suportes para braço. 01 (um) Par de suportes para pernas. 01 (um) controle remoto com fio. Kit de tração femural com extensor pélvico compatível com a mesa.

**Lote 2 – Hospital da Mulher – Maria José dos Santos Stein – HMMJSS:** 01 (um) Arco de narcose. 01 (um) Par de suportes para braço. 01 (um) Par de suportes para pernas. 01 (um) controle remoto com fio.

4. **DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**
5. **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**
6. **AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO**
7. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
8. **PRESTAÇÃO DE CONTAS**
9. **VIGÊNCIA DO CONTRATO**

Santo André, 4 de dezembro de 2023



Danilo Silva Brito

Coord. Central Equipamentos



Ana Cecília M. Araujo

Coordenadora Técnica



(11) 4433-3600



Av. João Ramalho nº 326, Vila Assunção  
Santo André - SP - CEP: 09030-320

Centro Hospitalar Municipal de Santo André - CHMSA  
Dr. Newton da Costa Brandão