

São Paulo, 03 de maio de 2024.

Memo. G.A SM/SP Nº 106/2024**REF.: Ampliação na Tenda do Pronto Atendimento São Mateus – Poltronas e Suportes.****À****Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa****Rede Assistencial São Mateus – FUABC**

Prezados, face ao Estado de Emergência que o município se encontra, considerando o aumento vertiginoso no número dos casos de Dengue e as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, para enfrentamento da endemia atual, solicitamos a obtenção/locação dos mobiliários quantificados e listados abaixo:

TENDA PRONTO ATENDIMENTO SÃO MATEUS			
ITEM	OBJETO	DESCRIPTIVO	QTD
1	POLTRONA HOSPITALAR	ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 25 X 25 X 1,20 MM, COM BRAÇOS ARTICULÁVEIS AO ENCOSTO E PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 50 X 30 X 1,20 MM COM PONTEIRAS DE BORRACHA. MOVIMENTOS COSTAS E PÉS RECLINÁVEIS SIMULTANEAMENTE EM 04 POSIÇÕES. ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO, COM RETORNO ATRAVÉS DE MOLLA. ESTOFADO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE 8 CM D33, REVESTIDO EM COURVIM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,95 X 0,80 X 0,50 (C X L X A). RECLINADA: 1,71 X 0,80 X 0,50 (C X L X A). CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG.	12
2	Suporte para soro	Material Inox; Com Rodízios e Regulagem de Altura Mínima de 180cm Máxima: 250cm; Dimensões e Peso aproximados 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5Kg (aceita variações de até 15%); Ganchos no mínimo de 4 Ganchos superiores; Regulagem Via rosca central	12
3	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX - COM RODÍZIOS - MEDIDA MÍNIMA DE 40 X 60 X 80 CM (C X L X A) - ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA 0,61 MM - BITOLA 24# - CUBAGEM MÍNIMA DE 0,192 M³ - INCLUSO MONTAGEM - GARANTIA 12 MESES	4


A solicitação aqui pleiteada terá a duração de 150 dias a partir do fechamento do contrato, que deverá se dar da forma mais breve o possível, para o Pronto Atendimento São Mateus e poderá ser rescindido pela contratante a qualquer momento, por término do Estado de Emergência ou motivo vário.

Anexo Layout Tendias PA São Mateus Proposto.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos votos da elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

**Karina Ferreira da Silva
Gerente Executiva Assistencial
REDE ASSISTENCIAL DE SÃO MATEUS – FUABC**



ESTACIONAMENTO PROPOSTO - LAYOUT TENDAS PA SÃO MATEUS