

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

Santo André 03 de Setembro de 2024.

OFÍCIO 213/2024
Atenção Básica Santo André
Contrato de Gestão 46/2023

À FUABC - Unidade de Apoio Administrativo
C/C: Grazielle Massieiro Gonçalves
Gerente Administrativa

Bianca Lima de Melo
 Diretora Administrativa
 Fundação do ABC

Ref: Solicitamos a abertura de processo para contratação de empresa visando o fornecimento de equipamentos odontológico para UNIDADE DE SAÚDE VILA GUIOMAR

Considerando o contrato de gestão nº 46/2023, que visa o gerenciamento das unidades Básicas de Saúde de Santo André.

A inauguração de uma nova unidade de saúde é um marco importante para nossa comunidade, representando um compromisso contínuo com a melhoria dos serviços de saúde e o bem-estar dos nossos cidadãos. No entanto, para garantir que possamos oferecer um ambiente que promova a eficiência operacional, o conforto dos pacientes e a produtividade dos profissionais de saúde, é essencial considerar a necessidade de novos equipamentos odontológicos.

Considerando a importância do cuidado odontológico para a saúde geral da população, especialmente diante da iminente inauguração da nova unidade de saúde de Saúde Vila Guiomar, é fundamental atender à demanda por esse tipo de cuidado na região.

Portanto, solicito a compra dos seguintes equipamentos:

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
Amalgamador odontológico	Para amálgama em cápsulas (vibrador de cápsulas pré-dosificadas) de sistema universal; de fácil posicionamento e que permita a colocação e retirada das cápsulas com segurança; com comando digital; ao final da operação deverá retornar ao tempo originalmente programado; com mecanismo de segurança que permita que, ao se abrir a porta, instantaneamente o movimento seja interrompido, evitando lesões ao usuário; fácil higienização e assepsia; com sistema de correia que transmite ao garfo vibração; com frequência entre 4 000 e 4 700 rpm,; motor termicamente protegido e rolamentos blindados; estável e silencioso; potência bivolt ou 110 V.	1
Avental de chumbo para paciente	Confeccionado em borracha plumbífera com acabamento em tecido especial lavável, sem proteção nas costas, cor azul, medidas aproximadas: 100 x 60 cm ou 110 x 60 cm, equivalência em chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb, com protetor para tireóide.	1



FUNDAÇÃO DO ABC
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

FORMULÁRIO

OFICIO

Código: FO.DIRE.001

Versão: 01



Bomba a vácuo com 2 kits suctores removíveis	Bomba a vacuo com alto poder de sucção , de alta potência, pressão de aproximadamente 550mmhg, composto de flange, rotor e tampa, fabricados em bronze, resistente à corrosão, registro esférico de pvc para regulagem de sucção, selo mecânico de vedação, cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado resistente à corrosão, potência de sucção de 500mmhg, motor elétrico com protetor térmico e eixo central de aço inox, sucção com saídas para esgoto de água e ar separadas; de aço fosforizado, dotada de sugadores de sangue e saliva com cânulas autoclaváveis em alumínio anodizado com registro esférico e terminal giratório, acionamento automático através de micro switch elétrico, suporte de sugadores em poliacetal maciço de linhas arredondadas, separadores de detritos com tampa rosqueável e tela de aço inox em local de fácil acesso. Confeccionado em chapa de aço. Contendo 02 Kits suctores removíveis, manual, giratório, autolavável, com regulagem de fluxo, sistema que permite o encaixe da ponta, filtro separador de detritos. Pode ser acoplado em colunas de refletores ou cantos de armários. Garantia de 12 meses. Apresentar registro do Ministério da Saúde.	2
Compressor Odontológico 100 litros	Dotado de manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar e dreno para água, registro para controle da vazão e registro para drenagem do acúmulo de água no reservatório, características que facilitam a operação e manutenção do equipamento. Sistema de segurança com válvula que entra em funcionamento para liberação da pressão, caso haja falha do Presotto e protetor de sobrecarga com a finalidade de proteger o equipamento de superaquecimento. Isento de óleo. Protetor térmico contra sobreaquecimento. Filtro de saída de ar. Pintura interna do reservatório antioxidante. Capacidade do tanque de 100 litros. Com 220 V Baixo nível de ruído Garantia: 1ano.	2

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
	OFÍCIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

Aparelho fotopolimerizador	Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas do tipo revólver, anatômico com superfície lisa; compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis e emissor de luz LED; timer com sinal sonoro e desligamento automático; ponta de fibra óptica rígida e orientada em 360°, autolavável; dispositivo anti-contaminação removível e estabilizável; fusível de proteção e gatilho com comando inteligente e função liga/desliga; filtro térmico e óptico; com potência mínima de 1.100 MW/cm²; corpo em poli metano; peça de mão com cabo espiralado; bivolt ou 110V, à bateria de lítio, podendo ser usado com ou sem fio.	3
Mesa Auxiliar de Odontológico.	Mesa com 2 gavetas de 6cm e 2 gavetas de 12 cm, ambas com bojos em ABS, cantos arredondados e prateleira sob a base com rodízios na cor branca. Mobiliário confeccionado em MDF ou Compensado de 15mm, revestimento interno em laminado melânico decorativo brilhante. Revestimento externo em laminado melânico decorativo texturizado. Gavetas plásticas em poliestireno 4 mm moldadas em vácuo-forming sem cantos vivos, conforme norma da vigilância sanitária. Corrediças em metal com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave. Rodízios de alta resistência, facilitando a movimentação do armário em diversos tipos de pisos.	3
Ultrassom Odontológico = Aparelho de profilaxia	Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão movimentos oscilatórios conjugados, atingindo frequência na faixa de 29KHz a 32KHz proporcionando vibrações perfeitas no plano longitudinal, sem traumas, sem agressão ao esmalte e sem gerar calor. Jato de Bicarbonato. Utiliza bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies e através de um sistema de geração de partículas o mesmo fica em suspensão e são inseridos num jato de ar comprimido. Chave liga / desliga. Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato. Sintonia automática de frequência. Ajuste do nível da potência ultra-sônica. Caneta do ultrassom com sistema de capa removível e autolavável. Caneta do Ultrassom com jato de bicarbonato com sistema de remoção do bico misturador para limpeza e autoclavagem; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada. Reservatório do bicarbonato de sódio. Mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização, acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Gabinete confeccionado em plástico resistente;	3
Mocho	Mocho: com sistema de elevação do assento e encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento acionados por uma alavanca com o movimento de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola. Ambos os movimentos são amortecidos por um sistema de gás pressurizado, possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para	3

 FUNDAÇÃO DO ABC ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE	FORMULÁRIO		 HOSPITAL DE SANTO ANDRÉ
	OFICIO		
	Código: FO.DIRE.001	Versão: 01	

	regulagem de altura do assento. Possui base com 05 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas e encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recobertos em PVC expandido sem costuras e lavável, na cor verde claro.	
Mini incubadora	Utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de Raios-X odontológico, nos procedimentos odontológicos, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Utilizado para Posicionar filmes radiográficos; autoclavável.	1
Autoclave Horizontal de 42 litros	Autoclave Horizontal Digital. Capacidade de aproximadamente 42 l., operação simples, abastecer com água. Ciclo de secagem independente. Tempo selecionável de 5 a 45 min., controle termodinâmico de pressão e temperatura realizado automaticamente com dreno contínuo de vapor, que impede a formação de bolsas de ar no interior da câmara, proporcionando esterilização eficiente, sistema de porta dupla laminada, segurança total na operação, despressurização automática, baixo consumo de água e energia, câmara em aço inox e gabinete em aço com pintura eletrostática. Tensão 110 V ou Bivolt. Garantia mínima de 12 meses.	1

ENTREGA:

Local da entrega: **Almoxarifado da Saúde**, Rua: Capitão João, 140, Jardim Alzira Franco - Santo André - SP – CEP: 09290-342;

Horário de recebimento: **08h00min as 11h00min e das 13h00min as 16h00min;**

Pedro Henrique Barbieri
Diretor de Departamento
Secretaria da Saúde

Gustavo Tomaz
Gerente Administrativo
Atenção Básica de Santo André
Fundação ABC

Gustavo Tomaz
Gerente Administrativo
Atenção Primária a Saúde
FUABC - Santo André



Rua: Catequese 242, 7º Andar – Centro CEP: 09090-400 Santo André / SP