

São Paulo, 01 de Outubro de 2024.

MEMO: DG SM/SP Nº 872/2024

REF.: SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS CONFORME TA 188/24 – PROCESSO SEI Nº 6018.2024.00539-40 – UBS RIO CLARO.

Ao

Departamento de Compras


memo
03/10

619/24

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo administrativo para atendimento da demanda, conforme o solicitado no **MEMO Nº 655/2024**, datado de 27 de Setembro de 2024, anexo a este documento.

Providenciar abertura do processo e informar quanto a estimativa de custo para atendimento da demanda apresentada.

Atenciosamente.


Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
Rede Assistencial São Mateus - FUABC

São Paulo, 27 de setembro de 2024.

Memo.: 655/2024 – UBS RIO CLARO
Ref. AQUISIÇÃO MOBILIARIOS/ EQUIPAMENTOS
UBS RIO CLARO

À
FABIANA DA SILVA

Supervisora Administrativa
Rede Assistencial São Mateus – FUABC

Solicitamos a abertura de processo para a **AQUISIÇÃO** de **Mobiliários/Equipamentos** sob o processo **SEI N° 6018.2024.00539-40 - TA 188/24** Conforme descrito abaixo.

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD
SELADORA MANUAL	SELADORA MANUAL - PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM - BIVOLT - AQUECIMENTO AUTOMÁTICO - MEDIDAS APROXIMADAS DE 80 X 360 X 250 MM (A X C X L)	2
BALANÇA PARA CADEIRANTE	BALANÇA PARA CADEIRANTE - DIGITAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 500 KG - DISPLAY EM LED - TENSÃO 110/220V - FUNÇÃO LIGA/DESLIGA/TARA/ZERO - 04 CÉLULAS DE PESAGEM - INCLINAÇÃO DA RAMP A APROXIMADA DE 8 GRAUS - TAPETE ANTIDERRAPANTE - DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X 99 X 12 M (C X L X A)	1
AUTOCLAVE HORIZONTAL 54L	AUTOCLAVE HORIZONTAL - APROXIMADAMENTE 54 LITROS - 110V - POTÊNCIA 220000 W - FREQUÊNCIA 50/60 HZ - TEMPERATURA DE TRABALHO 121°C A 134°C - PRESSÃO DE 1KGF/CM ³ A 3KGF/CM ³ - MEDIDAS APROXIMADAS DE 45 X 90 X 50 CM (A X C X L) -	1
BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 300 KG - DIVISÃO 100 G - DISPLAY COM LED - TECLADO MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA - ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC BIVOLT - PLATAFORMA, COLUNA E BASE EM CARBONO - TAPETE ANTIDERRAPANTE - PINTURA EPÓXI BRANCA - MEDIDAS APROXIMADAS DE 125 X 35 X 51 CM (A X L X C)	1

BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA - CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 200 KG - DIVISÃO 100 G - DISPLAY COM LED - TECLADO MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA - ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC BIVOLT - PLATAFORMA, COLUNA E BASE EM CARBONO - TAPETE ANTIDERRAPANTE - PINTURA EPÓXI BRANCA - MEDIDAS APROXIMADAS DE 125 X 35 X 51 CM (A X L X C)	3
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - MÍNIMO 3 CONSULTÓRIOS - 220 V - DESLOCAMENTO TEÓRICO 850 L/MIN - 30 PCM - PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI - 8,3 BAR - RESERVATÓRIO 250L - CILINDROS 3X2 - 1 ESTÁGIO - RPM BLOCO 1740 - COM 3 MOTORES DE 2 HP, 1,5KW E 4P	1
FOCO CLÍNICO CIRÚRGICO	FOCO CLÍNICO CIRÚRGICO - TUBO ARTICULADO E FLEXÍVEL - LUZ BRANCA EM LED - POTÊNCIA 3 W - FLUXO LUMINOSO 270 LÚMENS - TEMPERATURA DE COR 6.000 A 6.500K - MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,70 X 30X 1,70 (A X L X P)	5
NEGATOSCÓPIO	NEGATOSCÓPIO - LED INDEPENDENTES DE 15W DE POTENCIA - CORPO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO - PINTURA ELETROSTÁTICA - LUMINÂNCIA DE 1500 A 2000 NITS - BIVOLT - MEDIDAS APROXIMADAS DE 380 700 X 490 MM -	2
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL RECARREGÁVEL	OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO - VISOR LED - RECARREGÁVEL - FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO 0% - 100% - PRECISÃO DA SP02: 70% - 100% - PULSO 30-235 BPM	2
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO	OXÍMETRO PORTÁTIL DE DEDO - VISOR LED - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA - FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO 0% - 100% - PRECISÃO DA SP02: 70% - 100% - PULSO 30-235 BPM	2

Salientamos que a aquisição dos equipamentos/mobiliários se faz necessário para organização interna nos setores, assim prestarmos um bom serviço/atendimento aos munícipes.

Mantemo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Ivania Rodrigues da Silva
RG. 19683452-1
Gerente Administrativo

Ivania Rodrigues da Silva
Ivania Rodrigues da Silva
GERENTE

Atenciosamente,

UBS Rio Claro

Rua Cinira Polonio, 33 – Conjunto Promorar Rio Claro, São Paulo-SP
Tel.: 2753-4929 / 2253-4307