

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2025.

Ofício de solicitação de aquisição nº ENG0010/01/2025

- **Ref:** Referente a aquisição de tubo para mamógrafo. Setor: Mamografia.

Após avaliação realizada pela empresa contratada Mundo Service, foi identificada a necessidade de aquisição de um novo tubo para substituição no mamógrafo. O componente apresentou defeito no filamento, o que resultou na paralisação total do equipamento.

A substituição do tubo é essencial para restabelecer o funcionamento do mamógrafo, garantindo a continuidade dos atendimentos aos pacientes e evitando atrasos nos diagnósticos. A inoperância prolongada do equipamento pode impactar negativamente o fluxo de atendimentos, prejudicando a eficiência do serviço e comprometendo o cuidado com os pacientes. - "Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho" - Hospital Geral de Carapicuíba.

Prezado(a) Senhor(a),


Conforme Contrato de Gestão Nº 024.00118265/2023-81 referente ao gerenciamento e execução das atividades da autoclave 02, desenvolvidos no Hospital "Dr. Francisco de Moura Coutinho Filho" – Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, solicitamos a aprovação da aquisição abaixo, **garantindo a prestação de serviço de saúde na Unidade.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD SOLICITADA	COMPATIBILIDADE
1	TUBO EMISSOR DE RAIOS-X PARA MAMOGRAFIA	UND	1	Mamógrafo Siemens – Mammomat Select

É necessário adquirir essa peça da marca especificada. A coluna "COMPATIBILIDADE" indica em qual equipamento o material será utilizado, pois o equipamento não aceita tubos de outras marcas.

Estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Diretoria Geral
Fundação do ABC

Deyner Guimaraes de Almeida
Coordenador de Manutenção

Bianca Lima de Melo
Diretora Administrativa
Fundação do ABC

