

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MATERIAL

Relacionado ao OPME de QUADRIL a empresa não tem os materiais condizentes com a publicação, não tem as cabeças pré determinadas e não possui o linear crosslink, portanto o TR não cumprido.

7.10. A presente Coleta de Preços é do tipo "menor preço global anual", sendo que, após a classificação da proposta, a empresa melhor colocada será convocada para a realização de avaliação de amostras, mediante agendamento prévio a ser realizado via e-mail, nos termos estipulado no item 9 do Termo de Referência, observando os seguintes critérios:

- I. Corte das fresas.
- II. Ter todos os afastadores auxiliares na caixa de apoio.
- III. Ter o posicionador de decúbito lateral.
- IV. Linear crosslink.
- V. Ter cabeças número 28 / 32 / 36 quando necessário.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS GORIOS**
Data: 23/07/2025 12:38:57 -0300
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

Carlos Gorios

CRM 65721

Coordenador da Equipe Médica de Ortopedia